

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea - „Instalatie (camera) termostatica pentru stocarea climatica a armamentului si munitiei ”

Nr. crt	Caracteristică – Instalație termostatică pentru stocare climatică	Valoare / Specificație	Observații
1	Intervalul de temperatura	-70/ +180 ⁰ C/min	Punctaj : Nr.puncte = (V.oferta x 10)/V.max. ofertata
2	Dimensiuni interioare	min. 1000x1500x950 mm	
3	Nivelul presiuni sonore	max.65 dB Conform EN ISO 11201	
4	Conexiune Wirless si conexiune GSM	da	
5	Dimensiuni exterioare	max.1280x2600x2200 mm	
6	Interval de umiditate relativă	min 10% - max 98%	
7	Rata de schimbare a temperaturii	Încalzire 3,5 ⁰ C/min/min Răcire 2 ⁰ C/min /min	
8	Fluctuatia temperaturii	±0,3 ⁰ C	
9	Calculul pantei si generarea rapoartelor	da	
10	Garantie	min.24 luni	Punctaj : Nr.puncte = (V.oferta x 10)/V.max. ofertata
11	Scolarizare personal la receptie (2 persoane)	min 8 ore	
12	Termen livrare la beneficiar	max. 60 zile de la semnarea contractului de furnizare	
13	Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului manual de exploatare si intretinere , scheme electrice in limba romana	da	
14	Costurile de ambalare , transport , asigurare transport , etc. vor face parte integranta din oferta de pret.	da	
15	Modalitatea de achizitionare : - avans maxim acordat de beneficiar 20 % din valoarea echipamentului , fiind garantat cu fila CEC sau bilet la ordin in		


	favoarea beneficiarului si care va returnat dupa livrare si punere in functiune , restul conditiilor de plata se vor stabili prin contract.		
--	---	--	--

NOTA :

- Cerintele pentru care nu este prevazut punctaj sunt eliminatorii
- Neincadrarea in limitele impuse la caracteristicile tehnice de mai sus duce la eliminarea ofertei

DIRECTOR PRODUCTIE,

ing.Mugurel BACIU



SEF SERVICIU TEHNIC,

ing.Andrei GROZA

